



Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное предприятие Марс-Энерго»
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.310115

ИЗВЕЩЕНИЕ
о непригодности к применению

№ Н - 001 - 2017

Средство
измерений

Прибор для измерений показателей качества
электрической энергии и электроэнергетических
величин Энерготестер ПКЭ. Исп. «ПКЭ-06-1.0»
наименование типа, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по
обеспечению единства измерений

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)
заводской номер 428

поверено в соответствии с Методикой поверки МС2.725.003 МП
наименование документа, на основании которого выполнена поверка
и на основании результатов ~~первичной~~ периодической поверки
признано (признан) не соответствующим установленным в
описании типа метрологическим требованиям и непригодным к
применению в сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений.

Причины непригодности:
механическое повреждение гибких токоизмерительных клещей на
300/3000 А (фаза В)

Главный метролог

Поверитель



подпись

подпись

О.В.Кострицкая
инициалы

П.А.Соколов
инициалы

« 17 » марта 2017 г.